

显影定影试剂盒

Developing and Fixing Kit

使用说明书

版本号: 231103

货号及规格:

目录编号	包装规格
P424-01	250mL*2

试剂盒组成、储存、稳定性:

组分名称	性状	保存
显影液	液体	4°C(避光)
定影液	液体	4°C(避光)

储存条件: 室温运输, 2-8°C 避光保存, 保质期一年。

产品说明: 本产品适用于 Western、Northern、Southern 等实验中感光后的胶片的显影、定影, 对于普通的黑白底片或者照片的显影定影也适用。

使用方法(仅供参考):

1. 将曝光后的胶片直接完全浸没在显影液中。25°C 时, 显影 1-5 min。具体时间请根据显影情况而定。
2. 将显影后的胶片在清水中冲洗干净, 除去显影液。
3. 清洗后的胶片置于定影液中。25°C 时, 定影 1-5 min。
4. 定影后的胶片在自来水中清洗, 除去残余试剂。将胶片晾干即可。

注意事项:

1. 不能用金属容器用于盛装显影液定影液, 且不可混用, 如果显影液、定影液相互污染, 会影响使用效果。
2. 需在暗室操作, 建议使用暗室专用红灯。如果溶液颜色呈深褐色, 请停止使用。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套和口罩操作。
4. 本产品仅限专业人士的科研使用, 严禁用于临床诊断和药物等用途。

=====



扫码关注